

ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL CONTROL BX-OCTUBRE-04

Datos de participación	
Número total de envíos	150
Número total de respuestas recibidas	125
Porcentaje de participación	83,3%
Respuestas remitidas por web (%)	119 (95,2%)

Caracterización de la cepa según el laboratorio de referencia	
Identificación	<i>Citrobacter freundii</i>
Característica especial	Ninguna digna de mención

Respuestas de los participantes	Número	%
Identificación:		
<i>Citrobacter freundii</i>	120	96,0
<i>Citrobacter freundii</i> (complejo)	3	2,4
<i>Escherichia coli</i>	2	1,6
Característica especial: No se ha considerado analizar este aspecto.		

Utilización de un laboratorio externo	Número	%
No lo utilizan	116	92,8
No informan	4	3,2
Sí lo utilizan	5	4,0

Información adicional del Programa de Control de Calidad
Fueron consideradas válidas las siguientes identificaciones: <i>Citrobacter freundii</i> y <i>Citrobacter freundii</i> (complejo).