

ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL CONTROL BX-JUNIO-05

Datos de participación

Número total de envíos	169
Número total de respuestas recibidas	154
Porcentaje de participación	91,1%
Respuestas remitidas por <i>web</i> (%)	149 (96,7%)

Caracterización de la cepa según el laboratorio de referencia

Identificación	<i>Edwardsiella tarda</i>
Característica especial	Ninguna digna de mención

Respuestas de los participantes

	Número	%
Identificación:		
<i>Edwardsiella tarda</i>	153	99,3
<i>Plesiomonas shigelloides</i>	1	0,6

Todos los participantes, exceptuando a uno, informaron adecuadamente el género y la especie de la bacteria remitida.

Característica especial: No se ha considerado analizar este aspecto.

Utilización de un laboratorio externo

	Número	%
No lo utilizan	147	95,4
No informan	6	3,9
Sí lo utilizan	1	0,6

Información adicional del Programa de Control de Calidad

Únicamente fue considerada válida por parte del Programa de Control de Calidad SEIMC la identificación de *Edwardsiella tarda*.