

## ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL CONTROL BX-AGOSTO-05

### Datos de participación

Número total de envíos	169
Número total de respuestas recibidas	142
Porcentaje de participación	84,0%
Respuestas remitidas por <i>web</i> (%)	138 (97,2%)

### Caracterización de la cepa según el laboratorio de referencia

Identificación	<i>Moraxella catarrhalis</i>
Característica especial	Cepa productora de $\beta$ -lactamasa

Respuestas de los participantes	Número	%
Identificación:		
<i>Moraxella (Branhamella) catarrhalis</i>	140	98,6
<i>Shewanella putrefaciens</i>	1	0,7
No obtiene crecimiento	1	0,7
<p>Todos los participantes, exceptuando a uno, informaron adecuadamente el género y la especie de la bacteria remitida.</p>		
<p>Característica especial: la producción de <math>\beta</math>-lactamasa por parte de la cepa remitida en este control es informada por 76 participantes (53,5%).</p>		

Utilización de un laboratorio externo	Número	%
No lo utilizan	136	95,8
No informan	5	3,5
Sí lo utilizan	1	0,7

### Información adicional del Programa de Control de Calidad

Únicamente fue considerada válida por parte del Programa de Control de Calidad SEIMC la identificación de *Moraxella (Branhamella) catarrhalis*. Se considera como respuesta óptima cuando además se especifica la producción de  $\beta$ -lactamasa.