

## ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL CONTROL BX-DICIEMBRE-06

### Datos de participación

Número total de envíos	172
Número total de respuestas recibidas	144
Porcentaje de participación	83,7%
Respuestas remitidas por <i>web</i> (%)	142 (98,6%)

### Caracterización de la cepa según el laboratorio de referencia

Identificación	<i>Acinetobacter lwoffii</i>
Característica especial	Ninguna digna de mención

Respuestas de los participantes	Número	%
Identificación:		
<i>Acinetobacter lwoffii</i>	134	93,0
Género <i>Acinetobacter</i>	3	2,1
<i>Acinetobacter haemolyticus</i>	1	0,7
<i>Acinetobacter calcoaceticus</i>	1	0,7
<i>Staphylococcus auricularis</i>	1	0,7
<i>Streptococcus</i> grupo <i>anginosus</i>	1	0,7
<i>Bacillus</i> grupo <i>circulans</i>	1	0,7
CDC NO-1 grupo	1	0,7
<i>Kocuria varians</i>	1	0,7

La gran mayoría de los centros identificaron correctamente el género y la especie (93,0%).

Característica especial: No se ha considerado analizar este aspecto.

Utilización de un laboratorio externo	Número	%
No lo utilizan	138	95,8%
No informan	3	2,1%
Sí lo utilizan	2	1,4%
Sí lo utilizan, parcialmente	1	0,7%

### Información adicional del Programa de Control de Calidad

Sólo fue considerada válida por parte del Programa de Control de Calidad SEIMC la identificación de género y especie (*Acinetobacter lwoffii*).