

ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL CONTROL BX-DICIEMBRE-07

Datos de participación

Número total de envíos	181
Número total de respuestas recibidas	156
Porcentaje de participación	86,2%
Respuestas remitidas por <i>web</i> (%)	151 (96,8%)

Caracterización de la cepa según el laboratorio de referencia

Identificación	<i>Burkholderia cepacia</i>
Característica especial	Ninguna en particular

Respuestas de los participantes	Número	%
Identificación:		
<i>Burkholderia cepacia</i> ^a	136	87,2
<i>Burkholderia cepacia</i> (complejo o grupo)	13	8,3
<i>Acinetobacter baumannii/calcoaceticus</i>	1	0,6
<i>Actinobacillus</i>	1	0,6
<i>Staphylococcus capitis</i> subespecie <i>capitis</i>	1	0,6
<i>Stenotrophomonas maltophilia</i>	1	0,6
No recuperan microorganismo del liofilizado	3	1,9
Característica especial: No procedía analizar este aspecto		

^aSe recuerda que la nomenclatura correcta para esta especie es *Burkholderia cepacia*

Utilización de un laboratorio externo	Número	%
No lo utilizan	148	94,9
No infoman	7	4,5
Sí lo utilizan	1	0,6

Información adicional del Programa de Control de Calidad

La cepa presentaba un patrón de multiresistencia característico de *B. cepacia*.
Se han aceptado como válidas las identificaciones de *B. cepacia* (complejo o grupo).