

ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL CONTROL BX-MARZO-08

Datos de participación

| | |
|---|------------|
| Número total de envíos | 186 |
| Número total de respuestas recibidas | 167 |
| Porcentaje de participación | 89,8% |
| Respuestas remitidas por <i>web</i> (%) | 163 (97,6) |

Caracterización de la cepa según el laboratorio de referencia

| | |
|-------------------------|------------------------------------|
| Identificación | <i>Corynebacterium urealyticum</i> |
| Característica especial | No analizado (multi-R) |

Respuestas de los participantes

| | Número | % |
|---|--------|------|
| Identificación: | | |
| <i>Corynebacterium urealyticum</i> | 156 | 93,4 |
| <i>Corynebacterium pseudodiphtheriticum</i> | 1 | 0,6 |
| <i>Corynebacterium haemolyticum</i> | 1 | 0,6 |
| <i>Corynebacterium genitalium</i> | 1 | 0,6 |
| Género <i>Corynebacterium</i> | 1 | 0,6 |
| Género <i>Micrococcus</i> | 3 | 1,8 |
| <i>Micrococcus luteus</i> | 1 | 0,6 |
| <i>Staphylococcus hominis</i> | 1 | 0,6 |
| Estafilococo coagulasa-negativo | 1 | 0,6 |
| <i>Serratia liquefaciens</i> | 1 | 0,6 |

Característica especial

Aunque no se ha considerado analizar este dato, la cepa presentaba el patrón de multirresistencia característico de esta especie.

Utilización de un laboratorio externo

| | Número | % |
|----------------|--------|------|
| No lo utilizan | 160 | 95,8 |
| Sí lo utilizan | 2 | 1,2 |
| No informan | 5 | 3,0 |

Información adicional del Programa de Control de Calidad

El Control de Calidad SEIMC consideró aceptable únicamente la identificación correcta de especie (*Corynebacterium urealyticum*).

Las siete identificaciones marginales (*Micrococcus*, *Staphylococcus*, *Serratia*) revelan una contaminación durante el procesamiento de la muestra.