

ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL CONTROL BX-ABRIL-08

Datos de participación

Número total de envíos	185
Número total de respuestas recibidas	175
Porcentaje de participación	94,6%
Respuestas remitidas por <i>web</i> (%)	171 (97,7)

Caracterización de la cepa según el laboratorio de referencia

Identificación	<i>Klebsiella pneumoniae</i>
Característica especial	Cepa productora de BLEE

Respuestas de los participantes	Número	%
Identificación:		
<i>Klebsiella pneumoniae</i>	172	98,3
<i>Escherichia coli</i>	1	0,6
<i>Corynebacterium urealyticum</i>	1	0,6
Género <i>Pantoea</i>	1	0,6
Característica especial		
Detectan la presencia de una BLEE	163	93,2
No detectan la presencia	4	2,3
No informan	8	4,6

Utilización de un laboratorio externo	Número	%
No lo utilizan	170	97,1
Sí lo utilizan	1	0,6
No informan	4	2,3

Información adicional del Programa de Control de Calidad

El Control de Calidad SEIMC consideró aceptable únicamente la identificación correcta de especie *Klebsiella pneumoniae*.

La respuesta óptima incluía, además de la correcta identificación de especie, la detección de cepa productora de BLEE (93,2%). La comparación con otros controles en los que se envió la misma cepa revela que la detección de esta característica se ha convertido en un estándar diagnóstico y que no presenta ninguna dificultad para los laboratorios de nuestro país.