

ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL CONTROL BX-DICIEMBRE-09

Datos de participación	
Número total de envíos	182
Número total de respuestas recibidas	171
Porcentaje de participación	94,0%
Respuestas remitidas por <i>web</i> (%)	169 (98,8%)

Caracterización de la cepa según el laboratorio de referencia	
Identificación	<i>Enterococcus faecalis</i>
Característica especial (ver información adicional) ^a	Resistente a vancomicina

Respuestas de los participantes	Número	%
Identificación:		
<i>Enterococcus faecalis</i>	168	98,2
Género <i>Enterococcus</i>	3	1,8

El Programa de Control de Calidad sólo aceptó como válida la identificación de especie *Enterococcus faecalis*.

Característica especial de la cepa ^a :	Número	%
Fenotipo Van B	72	42,2
Intermedio a la vancomicina	15	8,8
Fenotipo Van B. Resistencia a aminoglucósidos alto nivel	14	8,2
Resistencia a aminoglucósidos de alto nivel	14	8,2
Resistente a la vancomicina	9	5,3
Intermedio a la vancomicina y sensible a la teicoplanina	6	3,5
Resistente a vancomicina y sensible a teicoplanina	3	1,7
Resistente a vancomicina y aminoglucósidos alto nivel	3	1,7
Fenotipo Van A	3	1,7
Resistente cefalosporinas, oxacilina, eritromicina, genta.	2	1,2
Otros comentarios	6	3,5
No informan	24	14,0

Utilización de un laboratorio externo	Número	%
No lo utilizan	162	94,8
Sí	4	2,3
No informan	5	2,9

Información adicional del Programa de Control de Calidad
^a Fenotipo Van B y resistencia a aminoglucósidos de alto nivel. Se considera una respuesta óptima la identificación de género y especie de la cepa remitida, así como constatar su característica especial.