

ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL CONTROL BX-ENERO-10

Datos de participación	
Número total de envíos	188
Número total de respuestas recibidas	165
Porcentaje de participación	87,8%
Respuestas remitidas por <i>web</i> (%)	158 (95,7%)

Caracterización de la cepa según el laboratorio de referencia	
Identificación	<i>Corynebacterium urealyticum</i>
Característica especial (ver información adicional)	Ninguna en particular

Respuestas de los participantes	Número	%
Identificación:		
<i>Corynebacterium urealyticum</i>	149	90,3
<i>Corynebacterium genitalium</i>	1	0,6
<i>Corynebacterium jeikeium</i>	1	0,6
Género <i>Corynebacterium</i>	1	0,6
<i>Kocuria varians</i>	1	0,6
<i>Kocuria rosea</i>	1	0,6
<i>Acinetobacter lwoffii</i>	1	0,6
<i>Enterococcus casseliflavus</i>	1	0,6
<i>Enterococcus faecalis</i>	1	0,6
Género <i>Alloiococcus</i>	1	0,6
Género <i>Micrococcus</i>	1	0,6
<i>Kytococcus sedentarius</i>	1	0,6
<i>Micrococcus luteus</i>	1	0,6
<i>Staphylococcus capitis</i>	1	0,6
<i>Staphylococcus epidermidis</i>	1	0,6
Estafilococo coagulasa negativa	1	0,6
No informa	1	0,6

Característica especial de la cepa: no se ha considerado analizar este aspecto.

Utilización de un laboratorio externo	Número	%
No lo utilizan	153	92,7
Sí	3	1,8
No informan	9	5,4

Información adicional del Programa de Control de Calidad

El Programa de Control de Calidad SEIMC sólo aceptó como respuesta válida la identificación correcta de género y especie (*Corynebacterium urealyticum*).