

ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL CONTROL BX-JULIO-10

Datos de participación

Número total de envíos	190
Número total de respuestas recibidas	174
Porcentaje de participación	91,6%
Respuestas remitidas por <i>web</i> (%)	171 (98,3%)

Caracterización de la cepa según el laboratorio de referencia

Identificación	<i>Staphylococcus aureus</i>
Característica especial (ver información adicional) ^a	Resistente a la metilicina

Respuestas de los participantes	Número	%
Identificación:		
<i>Staphylococcus aureus</i>	173	99,4
<i>Staphylococcus lugdunensis</i>	1	0,6
El Programa de Control de Calidad sólo aceptó como válida la identificación de especie <i>Staphylococcus aureus</i> .		
Característica especial de la cepa:		
Cepa SARM	118	67,8
Cepa SARM y resistente a las quinolonas	20	11,5
Cepa SARM y resistente a la mupirocina	19	10,9
Cepa SARM, resistente quinolonas y mupirocina	10	5,7
Cepa productora de β -lactamasa	1	0,6
No informan	6	3,5

Utilización de un laboratorio externo	Número	%
No lo utilizan	167	96,0
Sí	2	1,1
No informan	5	2,9

Información adicional del Programa de Control de Calidad

^aSe considera resultado óptimo la identificación de la cepa como de *S. aureus* resistente a la metilicina (SARM).

La cepa presentaba, además, resistencia a quinolonas y mupirocina.