

ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL CONTROL BX-JULIO-11

Datos de participación

Número total de envíos	192
Número total de respuestas recibidas	181
Porcentaje de participación	94,3%
Respuestas remitidas por <i>web</i> (%)	178 (98,3%)

Caracterización de la cepa según el laboratorio de referencia

Identificación	<i>Salmonella enterica</i>
Característica especial	Ninguna en particular

Respuestas de los participantes	Número	%
Identificación:		
Género <i>Salmonella</i>	75	41,4
<i>Salmonella enterica</i>	43	23,8
<i>Salmonella enterica</i> , serotipo Enteritidis	16	8,8
<i>Salmonella enterica</i> , serotipo Typhimurium	15	8,2
<i>Salmonella enterica</i> . Serogrupo B	15	8,2
<i>Salmonella enterica</i> . Serogrupo D	6	3,3
<i>Salmonella enterica</i> . Serogrupo C	2	1,1
<i>Salmonella enterica</i> . Serogrupo G	2	1,1
<i>Salmonella enterica</i> , serotipo no Typhi	2	1,1
<i>Salmonella enterica</i> . Serogrupo Anatum	1	0,6
<i>Salmonella</i> Arizona	1	0,6
<i>Salmonella</i> Mbandaka	1	0,6
<i>Salmonella</i> serotipo Typhi	1	0,6
<i>Legionella pneumophila</i>	1	0,6

Característica especial de la cepa: no se ha considerado analizar este aspecto.

Utilización de un laboratorio externo	Número	%
No lo utilizan	169	93,4
Sí	12	6,6
No informan	0	-

Información adicional del Programa de Control de Calidad

El Programa de Control de Calidad aceptó como válida la identificación correcta de género y especie (*Salmonella enterica*), así como la de género *Salmonella*.