

ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL CONTROL BX-OCTUBRE-13

Datos de participación	
Número total de envíos	185
Número total de respuestas recibidas	170
Porcentaje de participación	91,9%
Respuestas remitidas por <i>web</i> (%)	169 (99,4%)

Caracterización de la cepa según el laboratorio de referencia	
Identificación	<i>Escherichia coli</i>
Característica especial	Ninguna en particular

Respuestas de los participantes	Número	%
Identificación:		
<i>Escherichia coli</i>	168	98,8
Género <i>Citrobacter</i>	1	0,6
<i>Staphylococcus aureus</i>	1	0,6

Característica especial de la cepa: no se ha considerado analizar este aspecto.

Utilización de un laboratorio externo	Número	%
No lo utilizan	167	98,2
Sí	3	1,8
No informan	0	-

Información adicional del Programa de Control de Calidad

El Programa de Control de Calidad sólo aceptó como válida la identificación correcta de género y especie (*Escherichia coli*).