

ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL CONTROL BX-DICIEMBRE-13

Datos de participación	
Número total de envíos	185
Número total de respuestas recibidas	165
Porcentaje de participación	89,2%
Respuestas remitidas por <i>web</i> (%)	162 (98,2%)

Caracterización de la cepa según el laboratorio de referencia	
Identificación	<i>Staphylococcus schleiferi</i>
Característica especial	Ninguna en particular

Respuestas de los participantes	Número	%
Identificación:		
<i>Staphylococcus schleiferi</i> ^a	156	94,6
<i>Staphylococcus aureus</i>	3	1,8
<i>Staphylococcus chromogenes</i>	2	1,2
<i>Corynebacterium urealyticum</i>	1	0,6
Estafilococo coagulasa negativa	1	0,6
<i>Staphylococcus auricularis</i>	1	0,6
<i>Staphylococcus lugdunensis</i>	1	0,6

^aIncluyen las respuestas: *Staphylococcus schleiferi* subsp. *schleiferi* (19 centros) y *Staphylococcus schleiferi* subsp. *coagulans* (1 centro).

Característica especial de la cepa: no se ha considerado analizar este aspecto.

Utilización de un laboratorio externo	Número	%
No lo utilizan	162	98,2
Sí	3	1,8
No informan	0	-

Información adicional del Programa de Control de Calidad

El Programa de Control de Calidad sólo aceptó como válida la identificación correcta de género y especie (*Staphylococcus schleiferi*).