

## ANÁLISIS DE RESULTADOS DE BACTERIOLOGÍA MENSUAL CONTROL BX124

En el Análisis de Resultados del presente control se comentan los resultados obtenidos en el estudio bacteriológico de la muestra enviada para control externo. Se trató de un liófilo preparado por el Programa de Control de Calidad Externo SEIMC (Programa CCS) a partir de una cepa bacteriana de reserva que había sido debidamente almacenada y, cuyo estudio, fue realizado por laboratorios externos expertos que actuaron de referencia para el Programa CCS. Además, se confirmó la homogeneidad y estabilidad de las muestras a través de ensayos realizados tras su preparación y tras su envío, asegurando así la validez de las mismas.

El valor asignado se determinó a partir del consenso de resultados (coincidencia de resultados) aportados por dos laboratorios expertos, que emplearon métodos con sensibilidad y especificidad adecuadas para cada determinación. Además, la identificación fue refrendada mediante estudio de secuenciación. Estos laboratorios expertos colaboran con el Programa CCS mediante la firma de acuerdos.

Este Análisis de Resultados ha sido elaborado por especialistas en Microbiología y Parasitología.

La confidencialidad de todos los resultados está asegurada a través de la firma de compromisos de confidencialidad por parte de todo el personal del Programa CCS y de sus colaboradores.

Datos de participación	
Número total de envíos	186
Número total de respuestas recibidas	175
Porcentaje de participación	94,1%

Valor Asignado (caracterización de la cepa)	
Identificación	<i>Klebsiella pneumoniae</i>
Característica fenotípica especial	Cepa productora de de BLEE (CTX-M-15) y de OXA-48

Identificaciones de los participantes	Número	%
<i>Klebsiella pneumoniae</i>	172	98,2
<i>Enterobacter cloacae</i>	1	0,6
<i>Enterobacter cloacae</i> complex	1	0,6
Género <i>Klebsiella</i>	1	0,6
Característica fenotípica especial de los participantes	Número	%
Cepa productora de OXA-48	72	41,2
Cepa productora de OXA-48 + $\beta$ -lactamasa de espectro extendido (BLEE)	54	30,9
Cepa productora de carbapenemasa	7	4,0
Cepa productora de carbapenemasa de clase D / carbapenemasa tipo OXA	3	1,8
Cepa multirresistente	2	1,2
Cepa productora de BLEE	2	1,2
Cepa productora de carbapenemasa tipo OXA	2	1,2
Cepa productora de OXA-48 + BLEE + AmpC	2	1,2

BX124

Cepa productora de AmpC	1	0,5
Cepa productora de BLEE+ carbapenemasa	1	0,5
Cepa productora de BLEE + carbapenemasa + AmpC	1	0,5
Cepa productora de OXA-48 + AmpC	1	0,5
Cepa resistente a las carbapenemas	1	0,5
Cepa resistente a las carbapenemas + BLEE	1	0,5
No informan	25	14,3

Utilización de un laboratorio externo	Número	%
No	173	98,9
Sí	–	–
Sí, parcialmente	2	1,1
No informan	–	–

#### Información del Programa de Control de Calidad SEIMC

El Programa de Control de Calidad SEIMC sólo consideró respuesta válida la identificación correcta de género y especie (*Klebsiella pneumoniae*).

Además, fueron consideradas respuestas óptimas aquellas en las que se especificaba la característica fenotípica especial de la cepa (producción de OXA-48 y BLEE).

Madrid, 6 de marzo de 2024




C/ Agustín de Betancourt, 13  
Entrepiana - 28003 Madrid  
NIF: G-78387057

Concepción Gimeno Cardona

**Coordinadora del Programa de Control de Calidad SEIMC**

**Nota:** las actividades subcontratadas por el Programa CCS son la tipificación de las cepas, necesaria para que desde el Programa se establezca el valor asignado a partir del consenso de resultados de dos laboratorios expertos, y los estudios de homogeneidad y estabilidad de las muestras provenientes de cada uno de los lotes, siguiendo una estricta programación de tareas. Si en un determinado momento se necesita subcontratar otras actividades diferentes a las indicadas se informará debidamente.

BX124

Cumpliendo con los requerimientos de la norma ISO/IEC 17043, las actividades subcontratadas que afectan a los resultados de las pruebas solicitadas y a los estudios de homogeneidad y estabilidad son realizadas por colaboradores externos, acreditados por la norma ISO 15189 o evaluados previamente por el Programa CCS según los criterios de la norma ISO 15189.

**Nota:** si los datos anteriores son incorrectos o consideran oportuno apelar los resultados, rogamos se dirijan a la Secretaría del Programa CCS.